

ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

เรื่อง กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัดได้ออกประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดกำหนด ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓ แห่งประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

“ข้อ ๒๓ การประกอบธุรกิจผลิตหรือซ่อมเครื่องวัดความยาวชนิดเลเซอร์แบบกล้องประมวลผลรวม (Total Station) ต้องมีแบบมาตรา เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

(๑) แบบมาตราของเครื่องวัดความยาวชนิดเลเซอร์แบบกล้องประมวลผลรวม (Total Station) ให้ใช้เครื่องวัดความยาวชนิดเลเซอร์แบบกล้องประมวลผลรวมมาตรฐาน (Total Station Master) ที่มีค่าความถูกต้อง (Distance Accuracy) ละเอียดยกกว่าเครื่องที่ทดสอบ ซึ่งต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 หรือจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับระยะมาตรฐาน (Base Line) ของกรมชลประทาน โดยการทำกับของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ทุกปี

(๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตหรือซ่อมเครื่องวัดความยาวชนิดเลเซอร์แบบกล้องประมวลผลรวม (Total Station) ต้องมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ อย่างน้อยต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ชุดกล้องสำหรับสอบเทียบสายใยเครื่องมือสำรวจ (Collimator) อย่างน้อย ๑ ชุด โดยมีกระบอกสายใยเลนส์ (Collimator Telescope Set) ไม่น้อยกว่า ๓ ตัว

(ข) เป้าสะท้อนแสง (Prism System) โดยติดตั้งหรือยึดติดที่มีลักษณะมั่นคงถาวร ไม่เคลื่อนที่ได้ง่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว เพื่อกำหนดระยะมาตรฐานอย่างน้อย ๔ ระยะ อ้างอิงจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน ครอบคลุมทั้งระยะใกล้และระยะไกล โดยระยะใกล้ให้เริ่มต้นตั้งแต่ ๒๐ เมตร และระยะไกลที่สุดต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร โดยแต่ละระยะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วิทยากร มณีเนตร

อธิบดีกรมการคำภายใน